

一般医療機器
 類別：器 65 歯科用充填器
 一般的名称：歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。（改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため）
- ・再使用禁止

【包装】

10本

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

常温保管

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]



	製品番号	製品名	原材料
1	201-JP	ウルトラデント エンプティシリンジ 5 mL 10本	ポリプロピレン サーモプラスチックエラストマー

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル4階

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

【品目仕様等】

本品は、外観等にキズ、バリ、その他使用上有害な欠陥が無いこと。

【操作方法又は使用方法】

使用方法（例）

1. 各材料の取扱説明書に従って、本品に材料を必要量充填する。
2. 本品の先端に適切なチップを回しながらしっかりと取り付ける。
3. チップから空気が抜け、材料が注出されるまでプランジャーを押し、材料の流出性をテストする。
4. 各材料の取扱説明書に従って口腔内に材料を注入する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 歯科医療従事者のみ使用すること。
- (2) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (3) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (4) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合
 - ・破損、折損
 - ・動作不良