

一般医療機器  
 類別：器 65 歯科用充填器

一般的名称：歯科用注入器具 70718000

販売名：エンドーズチップ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。（改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため）
- ・再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]

本品には、ニードル径によって以下の5種類がある。

- ①エンドーズチップ 18G（緑色）
- ②エンドーズチップ 19G（黄色）
- ③エンドーズチップ 20G（桃色）
- ④エンドーズチップ 22G（水色）
- ⑤エンドーズチップ 31G（橙色）



[原理]

シリンジからの圧力で材料がチップ内へ流入し、ニードルを通して適切な量が根管内の部位に注入される。

	製品番号	製品名	原材料
1	345-JP	エンドーズチップ 18G 20個	ポリプロピレン ステンレススチール
	346-JP	エンドーズチップ 19G 20個	
	347-JP	エンドーズチップ 20G 20個	
	348-JP	エンドーズチップ 22G 20個	
	349-JP	エンドーズチップ 31G 20個	
	1428-JP	エンドーズチップ 18G 100個	
	1429-JP	エンドーズチップ 19G 100個	
	1430-JP	エンドーズチップ 20G 100個	
	1431-JP	エンドーズチップ 22G 100個	

**【使用目的、効能又は効果】**

歯科材料を根管内に注入するために用いる。根管の洗浄並びに薬液の吸引などに用いることもできる。

**【品目仕様等】**

本品は、外観等にキズ、錆、バリ、その他使用上有害な欠陥が無いこと。

**【操作方法又は使用方法】**

[歯科材料を注入する場合の使用方法（例）]

1. シリンジのキャップをはずす。
2. シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
3. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
4. 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

[洗浄、吸引の場合の使用方法（例）]

1. トライアウェイシリンジアダプター又はバキュームアダプターの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
2. 口腔内に使用する前にエアール又は水の流れを確認する。
3. 各アダプターの取扱説明書に従って洗浄又は吸引を行う。

**【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 歯科医療従事者のみ使用すること。
- (2) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (3) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合、エアール又は水の流れを確認すること。
- (4) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合は以下のとおりである。

(1) 重大な不具合

以下の不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。

- ・破損、折損
- ・動作不良

**【包装】**

- ①エンドーズチップ 18G
  - ・20個
  - ・100個
- ②エンドーズチップ 19G
  - ・20個
  - ・100個
- ③エンドーズチップ 20G
  - ・20個
  - ・100個
- ④エンドーズチップ 22G
  - ・20個
  - ・100個
- ⑤エンドーズチップ 31G
  - ・20個

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

常温保管

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル4階  
 電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。