

一般医療機器

類別：器 65 歯科用充填器

一般的名称：歯科用注入器具 70718000

販売名：インスパイラルブラシチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。（改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため）
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]



[原理]

シリンジからの圧力で材料がチップ内へ流入し、長さ調節可能なブラシにより、適切な部位に適切な量の塗布の調節が可能となる。

	製品番号	製品名	原材料
1	710-JP	インスパイラルブラシチップ 20個	ポリプロピレン ポリエステル
	123-JP	インスパイラルブラシチップ 100個	
	1033-JP	インスパイラルブラシチップ 500個	

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合は以下のとおりである。

(1) 重大な不具合

以下の不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。

- ・破損、折損
- ・動作不良

【包装】

- ・20個
- ・100個
- ・500個

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

常温保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル 4階

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内に塗布するために用いる。比較的高粘度で高密度の材料に適している。

【品目仕様等】

本品は、外観等にキズ、バリ、その他使用上有害な欠陥が無いこと。

【操作方法又は使用方法】

[使用方法（例）]

1. シリンジのキャップをはずす。
2. 本品のブラシの長さを調節し、シリンジの先端に回しながらしっかりと取り付ける。
3. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
4. 各材料の取扱説明書に従って材料を塗布する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 歯科医療従事者のみ使用すること。
- (2) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (3) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合、エア―又は水の流れを確認すること。
- (4) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。