

一般医療機器  
 類別：器 55 医療用洗浄器  
 一般的名称：洗浄針 70459000

再使用禁止

販売名：サージチップ

**【禁忌・禁止】**

〔使用方法〕

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。（改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため）
- ・再使用禁止

**【包装】**

20個

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

常温保管

**【形状・構造及び原理等】**

〔形状・構造〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

〔製造販売業者〕

ULTRADENT JAPAN 株式会社  
 〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル4階  
 電話番号 0120-060-751

〔製造業者〕

ウルトラデント プロダクツ インク  
 ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

	製品番号	製品名	原材料
1	1248-JP	サージチップ 20 個	ポリプロピレン

**【使用目的、効能又は効果】**

本品は、刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

**【品目仕様等】**

本品は、外観等にキズ、バリ、その他使用上有害な欠陥が無いこと。

**【操作方法又は使用方法】**

使用方法（例）

1. 空のシリンジやバキュームアダプターの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
2. 口腔内に使用する前にエア어의流れを確認する。
3. 口腔内に本品先端部を入れ、シリンジやバキュームアダプターの取扱説明書に従って吸引を行う。

**【使用上の注意】**

## 1. 使用注意

- (1) 歯科医療従事者のみ使用すること。
- (2) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (3) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、エア어의流れを確認すること。
- (4) スムーズに吸引されない場合は、チップを交換すること。

## 2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合
  - ・破損、折損
  - ・動作不良