

管理医療機器  
歯科材料 5 歯科用接着充填材料  
歯科裏層用高分子系材料：70863002（歯科用注入器具）  
**ウルトラブレンドプラス J キット デンチン**

付属品のチップは再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある患者には、使用しないこと。
2. 付属品のチップは再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

〔ウルトラブレンドプラス J デンチン〕

組成：ウレタン樹脂、水酸化カルシウム、硫酸バリウム、色素、他

性状：黄白色ペースト

容器：シリンジ

〔付属品〕

ブラックマイクロチップ、ブラックミニチップ

\* **【原理】**

可視光線光エネルギーによりレジンが重合反応し、硬化する。

\* **【使用目的、効能又は効果】**

象牙質への裏層に用いる。

**【品目仕様等】**

従来の照射器で 20 秒間照射したとき硬化する。

**【操作方法又は使用方法等】**

1. 裏層の場合

- 1) ウルトラブレンドプラス J デンチンのシリンジからキャップを取り外し、適切なチップをシリンジの先端に取り付ける。
- 2) 窩洞内を十分に洗浄した上、エアなどで乾燥させる。
- 3) シリンジのプランジャーを手のひらに当てシリンジを保持し、窩洞内に必要量を充填する。
- 4) 従来の光照射器で 20 秒間、高出力光照射器の場合は 10 秒間照射して硬化させる。ただし、0.5mm 以上の厚みが必要な場合は、数回に分けて適用と硬化を繰り返して必要な厚さにする。
- 5) 適当な材料を用いて修復する。
- 6) 使用後はチップを上にして立てた状態で、チップをシリンジから外し、キャップをしっかり締めて冷蔵庫に保管する。

2. 間接覆罩の場合

- 1) ウルトラブレンドプラス J デンチンのシリンジからキャップを取り外し、適切なチップをシリンジの先端に取り付ける。
- 2) 通法に従い、処置部を消毒し、エアで乾燥させる。
- 3) ウルトラブレンドプラス J を歯髄付近の薄い象牙質の上に塗布して、従来の光照射器で 20 秒間、高出力光照射器の場合は 10 秒間照射して硬化させる。
- 4) 通法に従い、適切に修復する。
- 5) 使用後はチップを上にして立てた状態で、チップをシリンジから外し、キャップをしっかり締めて冷蔵庫に保管する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. チップは、処置部位が小さく流量を抑えたい場合はブラックマイクロチップ、比較的大きな部位に多めに塗布したい場合はブラックミニチップを使用すること。本品の流動性はブラックマイクロチップを使用した場合に最適となる。
2. チップは外れないようにしっかりとねじ込むこと。
3. 材料を患者の口腔内で使用する前に必ずシリンジやチップからの材料の流出状態のテストをすること。
4. 材料を注出する際はゆっくりと一定の圧力で行うこと。スムーズに出ない場合は、チップを交換すること。
5. 裏層の際に象牙質への接着力を高めたい場合は、象牙質接着材料を設置してからウルトラブレンドプラス J デンチンを塗布するとい。

**【使用上の注意】**

1. 使用注意

- 1) 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- 2) 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- 3) 歯髄近くの象牙質が薄くなった部分に使用し、露髄している場合や、出血している場合は、先に止血処置を行うこと。
- 4) 本品を誤飲させないように注意すること。
- 5) 本品の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処理を行うこと。
- 6) 本品を患者の口腔内で使用する前に必ずシリンジやチップからの材料の流出状態をテストすること。
- 7) 本品を注出する際はゆっくりと一定の圧力で行うこと。スムーズに出ない場合は、チップを交換すること。
- 8) シリンジ内の材料容量は複数回分ある。交叉感染を防ぐために、使用毎にシリンジを適宜消毒すること。ヒートシーラーで封のできるシリンジカバーを使用して保存することを推奨する。
- 9) 光重合には可視光線重合照射器を使用すること。
- 10) 照射光は直視を避けて、保護眼鏡等の防護処置を施すこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに専門医の診断を受けさせること。
- 2) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起した場合には、使用を中止し、すぐに専門医の診断を受けること。
- 3) 本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- 4) 本品が皮膚に付着した場合にはすぐに石けん等でよく洗うこと。
- 5) 本品を熱や光に曝さないようにすること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

〔保管方法〕

- ・本品は直射日光を避け、冷蔵保管すること。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。  
（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

**【包装】**

〔セット包装〕

- ・ウルトラブレンドプラス J キット デンチン  
ウルトラブレンドプラス J デンチン 1.2mL 入りシリンジ 4 本  
ブラックマイクロチップ（細） 20 個  
ブラックミニチップ（太） 20 個

〔単品包装〕

- ・ウルトラブレンドプラス J リフィル デンチン  
ウルトラブレンドプラス J デンチン 1.2mL 入りシリンジ 4 本

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

**\*\*【選任製造販売業者】**

ULTRADENT JAPAN 株式会社  
〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目 7 番 5 号  
初台村上ビル 4 階  
電話番号：0120-060-751

〔製造業者〕

ウルトラデント プロダクツ インク  
ULTRADENT PRUDENTS, INC. (米国)

\* 本添付文書は予告なしに変更することがあります。