

類別：歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 31780002（歯科用エッチング材 36153000、歯科用注入器具 70718000）

販売名：ウルトラシール XT プラス J

付属品のチップは再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等のアレルギーのある患者には使用しないこと。
- ・付属のチップは再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】



【原理】

本品は、エナメル質の小窩及び裂溝を塞ぐための小窩裂溝封鎖材である。

【構成及び材質】

	品名	形状	材質
①	ウルトラシール XT プラス J A1 シェード	淡赤褐色の粘度 ある液体	モノマー (Bis-GMA 他)、 光重合触媒、 光重合触媒、 着色剤、その他
	ウルトラシール XT プラス J A2 シェード	黄白色の粘度 ある液体	
	ウルトラシール XT プラス J オパールホワイト	乳白色の粘度 ある液体	
	ウルトラシール XT プラス J クリア	淡黄色透明の 粘度ある液体	
②	プライマドライ J	透明の液体	エタノール、 その他
③	インスパイラル ブラシチップ	—	ポリプロピレン、 ポリエステル
④	ブルーマイクロチップ	—	ポリプロピレン、 ステンレススチール
⑤	ウルトラエッチ J	中粘度の 青色溶液	リン酸、 二酸化ケイ素、 精製水、その他

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科小窩裂溝の封鎖に用いる。

【品目仕様等】

光硬化深度 1.5mm 以上

【操作方法又は使用方法等】

使用方法（例）

（処置表面の準備）

プロフィージェット、高圧のエアブレーション、細いダイヤモンドバー等で咬合面を清掃する。

（エッチング処理）

ラバーダムやコットンロールのような吸水性のある材料で歯を隔離する。ウルトラエッチ J のシリンジ先端にインスパイラルブラシチップまたはブルーマイクロチップを取り付け、小窩・裂溝部に塗布する。ウルトラエッチ J で 15 ～ 20 秒間エッチングし、その後エア／ウォーターズプレーで十分に洗浄、乾燥させる。

プロフィージェットで重炭酸ナトリウムを使用する場合、エッチングは2回行うことを推奨する。1 回目のエッチングで重炭酸ナトリウムを中和し、2 回目の塗布によってエナメル質がエッチングされる。

※プロフィージェットで重炭酸ナトリウムを中和し、2 回目の塗布によってエナメル質がエッチングされる。

（乾燥コーティング）

プライマドライ J を塗布し、5 秒間放置してからエアで優しく乾燥させる。この時水洗しないこと。

（小窩・裂溝部封鎖）

インスパイラルブラシチップは、ブラシの先を指でつまんで出し入れすることで長さを調節することが可能であるが、約 1.2mm の長さを推奨する。インスパイラルブラシチップの先端からウルトラシール XT プラス J を一滴注出し、ブラシで擦りながら裂溝に塗布する。この時、レジンを大量に塗布しないこと。また、インスパイラルブラシチップの代わりにブラックマイクロ FX チップを代用することができる。

（重合）

一般的な光照射器で重合する場合は 20 秒間、強力な光照射器を使用する場合は 10 秒間光重合し、その後咬合を調整する。

※使用する光照射器の添付文書、取扱説明書に従い光照射を行うこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (2) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (3) 本品は、開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- (4) 本品を使用しないときは、材料の乾燥を防ぐためルアーロックキャップで蓋をすること。
- (5) 交差汚染防止のため、患者毎にシリンジを清掃、殺菌すること。
- (6) ウルトラエッチ J またはウルトラシール XT プラス J を塗布する際には、ブラックミニブラシチップは使用しないこと。

取扱説明書等を必ずご参照ください。

25010-JP.1 043011

- (7) チップは捻りながらしっかりとシリンジに取り付け、材料を注出する際は、ゆっくりと一定の圧力をかけること。口腔内で使用する前にミキシングパッドの上で材料の流動性を確認すること。プランジャーを無理に押し出そうとするとチップが外れたり、材料が飛び散る恐れがある。万が一、材料が出難い場合は新しいチップに取り替えてもう一度テストすること。
- (8) プライマドライJを揮発させた後、わずかに残留物が残るが、プライマドライJを再度塗布すると再び融解する。

2. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (2) ウルトラエッチJ等の強酸は、軟組織に付着すると、火傷や炎症を起こす恐れがある。エッチングする部位のみに使用し、目、粘膜、皮膚等に触れないように注意すること。万が一、目、粘膜、皮膚等に触れた場合は、直ちに水で十分洗浄し、専門医の診断を受けさせること。
- (3) 本品は可燃性物質が含まれているため、火気の近くで使用、放置しないこと。
- (4) 本品の構成以外の製品を使用する場合は、使用前に適正を確認すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

本品は2～8℃の冷蔵庫内で保管し、直射日光、デンタルライト等の強い光が当たる場所に置かないこと。

〔使用期限〕

容器に表示されている使用期限までに使用すること。
(詳しくは、取扱説明書を参照すること)

【包装】

〔セット包装〕

- ・ウルトラシール XT プラス J クリアキット
 - クリア 1本
 - ウルトラエッチ J 1本
 - プライマドライJ 2本
 - ブルーマイクロチップ 20個
 - インスパイラルブラシチップ 20個
- ・ウルトラシール XT プラス J オペークキット
 - オペークホワイト 1本
 - ウルトラエッチ J 1本
 - プライマドライJ 2本
 - ブルーマイクロチップ 20個
 - インスパイラルブラシチップ 20個
- ・ウルトラシール XT プラス J A1シェードキット
 - シェードA1 1本
 - ウルトラエッチ J 1本
 - プライマドライJ 2本
 - ブルーマイクロチップ 20個
 - インスパイラルブラシチップ 20個
- ・ウルトラシール XT プラス J A2シェードキット
 - シェードA2 1本
 - ウルトラエッチ J 1本
 - プライマドライJ 2本
 - ブルーマイクロチップ 20個
 - インスパイラルブラシチップ 20個

〔単品包装〕

- ・ウルトラシール XT プラス J クリアリフィル 4本
- ・ウルトラシール XT プラス J オペークホワイトリフィル 4本
- ・ウルトラシール XT プラス J A1シェードリフィル 4本
- ・ウルトラシール XT プラス J A2シェードリフィル 4本
- ・プライマドライJリフィル 4本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

ULTRADENT JAPAN 株式会社
〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号
初台村上ビル4階
電話番号：0120-060-751

〔製造業者〕

ウルトラデント プロダクツ インク
ULTRADENT PRUDUCTS, INC.(米国)

* 本添付文書は予告なしに変更することがあります。

取扱説明書等を必ずご参照ください。