

一般医療機器

類別：器 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般的名称：単回使用歯科用吸引カニューレ 37434000

販売名：バキュームアダプター

再利用禁止

【禁忌・禁止】

〔使用方法〕

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。（改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため）
- ・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル4階

電話番号 0120-060-751

〔製造業者〕

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕



※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

	製品番号	製品名	原材料
1	230-JP	バキュームアダプター 10本	ポリプロピレン ポリエチレン

【使用目的、効能又は効果】

非電動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は単回使用である。

【品目仕様等】

本品は、外観等にキズ、バリ、その他使用上有害な欠陥が無いこと。

【操作方法又は使用方法】

使用方法（例）

1. チップアダプター部分に適切なチップをしっかりとねじ込む。
2. 接続する器具類と吸引アダプターの径をあわせ、しっかり接続して吸引を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 本品は所定の用途・用法以外には使用しないこと。
- (2) 本品は歯科医療用有資格者のみ使用すること。
- (3) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、必ずエアの流れを確認すること。
- (4) 接続する器具類、チップ類の内径により、使用できない場合があるので注意すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

(1) 重大な不具合

- ・破損、折損
- ・動作不良

【包装】

10本

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

常温保管